



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00063/2021

Às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 09/2021 de 22/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº BEE 41122, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00063/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de exames laboratoriais de gasometria e eletrólitos, com cessão de uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes, acessórios, treinamentos e assistência técnico-científica, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Tisiopneumologia - gasometria arterial de repouso

**Descrição Complementar:** Prestação de Serviços para realização de Testes de Gasometria e Eletrólitos, com cessão de uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes, acessórios, treinamentos e assistência técnico-científica.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 10.000

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 426.360,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 699.500,0000 e com valor negociado a R\$ 426.300,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Tisiopneumologia - gasometria arterial de repouso**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.731.550/0001-02	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	Não	Não	10.000	R\$ 69,9500	R\$ 699.500,0000	25/08/2021 11:01:39

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prestação de Serviços para realização de Testes de Gasometria e Eletrólitos, com cessão de uso de equipamentos, incluindo manutenção, calibração, insumos, reagentes, acessórios, treinamentos e assistência técnico-científica – TESTES DE GASOMETRIA – QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE TESTES: 10.000 testes a serem realizados em 07 (sete) equipamentos (idênticos) Descrição do equipamento: Equipamento que Permite arquivamento e recuperação (backup) dos dados dos pacientes, controle de qualidade e calibração em qualquer meio magnético pertinente (CD, DVD, pen-drive), fornecido pela empresa ganhadora com capacidade adequada ao volume de dados a serem armazenados por 05 (cinco) anos, conforme a RDC/ANVISA 302/2005. Possibilitar o backup de dados em CD, DVD, pen-drive, em arquivos que possam ser acessados por programas usuais, como "BrOffice", "Word", "Excel", ou "Adobe Reader". Volume reduzido de amostra. Resultados disponíveis em até 120 segundos. Baixo custo por amostra. Logística simplificada. Fácil gerenciamento dos resultados. Software amigável multitarefa em português. Tipo de amostra: sangue total. Aspiração automática da amostra: seringa, ampola de CQ, capilar e microamostra. Leitor de códigos de barras tipo "scanner" para identificação do paciente, operador, soluções de calibração e controle de qualidade, entre outros. Tela de toque colorida. Impressora térmica interna. Protocolos de impressão e visualização configuráveis pelo usuário. Software para gerenciamento de dados do paciente, controle de qualidade, calibrações e manutenções. Controle de qualidade: dados estatísticos e impressão do gráfico de Levey-Jennings. Nobreak com estabilizador de voltagem e demais componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica bivolt. Calibração Automatizada, Parâmetros mínimos medidos: pH, PO2, PCO2, NA+, K+, Ca++ Parâmetros mínimos calculados: Saturação de O2, HCO3, BE Em caso de defeito, a empresa contratada deverá reparar o dano eventual em prazo máximo de 24 horas (inclusive nos finais de semana e feriado), caso contrário deverá disponibilizar outro equipamento com as mesmas características e em perfeito funcionamento para substituir, temporária ou definitivamente, o equipamento principal danificado. ANVISA: 10301160230 (Equipamento) e 10301160231 (Cartucho) Procedência: Dinamarca Modelo Ofertado: ABL9 – Marca/Fabricante: Radiometer Medical ApS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.346.952/0001-97	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS	Não	Não	10.000	R\$ 160,0000	R\$ 1.600.000,0000	26/08/2021 17:26:59
--------------------	---	-----	-----	--------	--------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento: Cobas B221 Instrumento para análise de gases sanguíneos, íons ou pH. Quantidade de Equipamentos:07 Marca: Roche Registro Ministério da saúde: 10287410226 Fabricante: Roche Diagnostics – GMBH- Alemanha Características: Calibração líquida. Dispensa o uso de cilindros de gases; Detecção automática de lote, validade e quantidade das soluções de calibração, Eletrodos sem manutenção; Possibilidade de utilização de Cata Coágulos ("Clo Cacher") Aprovado pelo FDA para análise de pH em fluidos pleurais, Vídeo de Treinamento, Módulo para realização automática de controle de qualidade, Banco de dados com grande capacidade de armazenamento, com recurso para extração de dados através de disquete, Programa de Auto Diagnóstico de falhas. Parâmetros medidos: PO2, PCO2, PH,Na, K+, Ca2, Cl-,Glicose, Lactato ,O2Hb, HHb, COHb,MetHb (COOX),Hemoglobina total (tHb) ,Saturação de Oxigênio (SO2),Hematócrito (Hct) ,Bilirrubina (Bili-COOX) ,Pressão Barométrica. Parâmetros derivados: Mais de 30 parâmetros calculados e impressos. Volume de amostras: Módulos ativados Volume máximo de amostra (µL) BG – tHb/SOz ou COOX 80 BG – ISE - tHb/SOz ou COOX 110 BG – ISE – MSS – tHb/SOz ou COOX 161 Inovação na introdução de amostra: Aspiração (capilar e seringa) e injeção (seringa) MÓDULOS ATIVADOS TEMPO MÉDIO DE MEDIÇÃO Tempo total\* Visualização na Tela\*\* BG - COOX 110 76 BG - ISE - COOX 110 76 BG - ISE - MSS (Gli/Lac) - COOX 120 88 Tempo total = tempo para a medição de uma amostra, recalibração e disponibilidade do equipamento para inserção de nova amostra / Tempo para visualização dos resultados apenas na tela, com possibilidade de impressão. Tipos de amostra: Sangue total, soro, plasma, dialisado e soluções de controle de qualidade e fluidos pleurais Dimensões: Largura 51,0 cm, Altura 59,0 cm, Profundidade 60,0 cm, Peso 45 Kg Registro Ministério da Saúde para Controles/Reagentes: Fabricante: Roche Diagnostics Graz GMBH- Austrália para Roche Diagnostics GMBH- Alemanha CONTROLES: Auto trol Plus B N1, Auto trol Plus B N2, Auto trol Plus B N3 RMS Nº 10287410485 REAGENTES: S1 Solução Rinse RMS:10287410141 - S2 Fluid Pack RMS:10287410150 -S3 Fluid Pack RMS:10287410158

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600.000,0000	02.346.952/0001-97	27/08/2021 09:00:00:657
R\$ 699.500,0000	05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:00:00:657

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/08/2021 09:01:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	27/08/2021 09:05:00	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	27/08/2021 09:15:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/08/2021 09:16:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	27/08/2021 09:16:39	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 10:14:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/08/2021 10:37:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Aceite de proposta	09/09/2021 10:52:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 699.500,0000 e com valor negociado a R\$ 426.300,0000. Motivo: Parecer técnico favorável e valor negociado.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 10:46:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/08/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/08/2021 09:05:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/08/2021 09:08:28	Bom dia! Os valores estão acima do meu estimado, preciso de melhores ofertas.
Pregoeiro	27/08/2021 09:11:39	O valor estando acima do estimado o item/lote fica sujeito ao cancelamento.
Sistema	27/08/2021	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

	09:15:01	pregoeiro.
Sistema	27/08/2021 09:16:39	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/08/2021 09:16:47	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	27/08/2021 09:18:26	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Bom dia! Solicito negociação para R\$ 280.000,00.
05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:27:31	Bom dia
05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:28:16	Só um minuto por favor!
Pregoeiro	27/08/2021 09:28:47	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Ok
05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:42:15	Sr. (a) pregoeiro (a).
05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:44:19	Não podemos chegar a valor solicitado, Porém conseguimos chegar ao valor maximo aceitavel de R\$ 426.300,00
05.731.550/0001-02	27/08/2021 09:44:49	R\$ 42,63 o valor do exame!
Pregoeiro	27/08/2021 09:55:32	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - Obrigada pelo retorno! Contudo, poderia verificar a possibilidade de negociarmos no valor TOTAL de R\$ 400.000,00 (valor/teste: R\$ 40,00)?
05.731.550/0001-02	27/08/2021 10:03:18	Infelizmente não podemos reduzir. pois teriamos prejuizos.
Pregoeiro	27/08/2021 10:07:25	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - OK, então! Valor negociado em R\$ 426.300,00 encontra-se dentro da média estimada. Será solicitado nesse momento o arquivo da proposta adequada, enquanto realizamos a habilitação. Portanto, permaneça, por favor, conectado.
Sistema	27/08/2021 10:14:05	Senhor fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.731.550/0001-02	27/08/2021 10:20:51	Ja vamos enviar!
Sistema	27/08/2021 10:37:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/08/2021 12:05:25	Informamos que os autos serão enviados à área técnica para emissão parecer e, assim que concluída a análise, as informações serão atualizadas na Plataforma. Será informado aqui no CHAT o dia e horário de início da fase de manifestação de intenção de recurso aos interessados.
Pregoeiro	31/08/2021 10:33:55	Bom dia a todos! Informamos que o Parecer Técnico foi concluído. Isto posto, amanhã a partir das 10:35h estaremos atualizando a Plataforma.
Pregoeiro	01/09/2021 10:23:45	Bom dia! Informamos que a área responsável solicitou prazo para uma nova análise da documentação.
Pregoeiro	01/09/2021 10:25:27	Salientamos que tão logo a área se manifeste daremos andamento ao processo de habilitação. Portanto, a sessão segue SUSPENSA.
Pregoeiro	01/09/2021 10:26:32	Em caso de dúvida(s), estaremos à disposição através do telefone: (62) 3524-1628.
Pregoeiro	09/09/2021 10:46:01	Bom dia a todos! Informamos que o Parecer Técnico foi concluído. A plataforma será atualizada e amanhã a partir das 10h45min será aberto o prazo para manifestação de Recurso aos interessados.
Sistema	10/09/2021 10:46:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/09/2021 10:49:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/09/2021 às 11:16:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	27/08/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/08/2021 09:05:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/08/2021 09:16:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/09/2021 10:46:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/09/2021 10:49:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/09/2021 às 11:16:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:55 horas do dia 10 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA PAULA SILVESTRE  
**Pregoeiro Oficial**

FABIANA FERNANDES MARTINS  
**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

