



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Ofício nº 5610/2021/GS
Protocolo nº 2021/00000/043972

Secretaria Municipal de Saúde

DIÁRIO OFICIAL nº 7658

DIA: 13/10/2021

Goiânia, 13 de outubro de 2021.

A
Senhora **Kênia Haberl de Lima**
Editoria do Diário Oficial
Centro Administrativo Municipal – 2º andar
Nesta

Assunto: Solicitação de Publicação

Senhora Chefe,

Solicitamos a publicação no Diário Oficial do Município, do documento abaixo relacionado, em anexo, por 01 (uma) vez:

- **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021**
– SAÚDE, referente ao Processo Bee nº 41929.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Saúde

Luana Cassia Miranda Ribeiro
Luana Cassia Miranda Ribeiro
Secretária Executiva
Decreto nº 1.932/2021

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 – SAÚDE

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e, nos termos do Art. 52 da Lei Complementar Municipal nº 335/2021, da Lei Federal nº 10.520/2011 e 1.550/2012, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com os autos do Pregão Eletrônico nº **044/2021 – SAÚDE**, Tipo **Menor Preço Global** – Processo Bee nº **41929**, tendo por escopo a contratação de empresa especializada para **fornecimento e instalação de USINA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO**, com dispositivo para enchimento de cilindros, contemplado: fornecimento e instalação de um gerador de oxigênio, composto pelo concentrador de oxigênio, tanque de armazenamento, secador por calor e demais componentes necessários para o funcionamento, incluindo a prestação de serviços de instalação integrada com alimentação elétrica (ENEL) e com os geradores de energia da unidade, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e peças, fornecimento dos equipamentos para recarga de cilindros, conforme RDC 50/2002 ANVISA (Oxigênio medicinal por PSA; Booster Enchedor de Cilindros), fornecimento de materiais e mão de obra para instalação e treinamento de equipe de acordo com as especificações do Edital e seus anexos, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada através do Parecer Jurídico nº **4004/2021**. Resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** as despesas, conforme dados abaixo:

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 03.184.220/0001-00

Item	Quant.	Descritivo	Marca	Valor Total R\$
01	01	USINA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO PSA: Concentrador tipo PSA ou VPSA com capacidade de geração de 60.0 m³/h com variação de 10%, com produção ininterrupta, modulo de alarme da saturação do oxigênio produzido no momento, alarme com bloqueio de produção em caso de baixa concentração de oxigênio, com no mínimo (02) dois compressores com alta eficiência energética, sendo no mínimo um reserva; (01) um reservatório de ar comprimido com capacidade de 2.000 litros com variação de 10%; Pré-filtro coalescente, secador por refrigeração ou adsorção, pós-filtro coalescente e filtro coalescente de carvão ativado; reservatório para oxigênio com capacidade de 2.000 litros com variação de 10%; analisador de oxigênio; sistema de enchimento de cilindros de 1 m³ a 10m³ com capacidade de enchimento de ao menos 4m³/h, o sistema deve atender imprescindivelmente as normas vigentes, como RDC 50/2002, ABNT/NBR 13587/1996, CFM 1355/1992, enquadramento na Norma NR 13 Anexo IV 1.2 PARA OS VASOS DE PRESSÃO, INCLUSIVE COM DOCUMENTAÇÃO DE ORIGEM E POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001.	SA	1.588.000,00

Valor Total: R\$ 1.588.000,00 (Um milhão quinhentos e oitenta e oito mil reais).

Goiânia, 08 de outubro de 2021.

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021 – SAÚDE

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e, nos termos do Art. 52 da Lei Complementar Municipal nº 335/2021, da Lei Federal nº 10.520/2011 e 1.550/2012, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com os autos do Pregão Eletrônico nº **044/2021 – SAÚDE**, Tipo **Menor Preço Global** – Processo Bee nº **41929**, tendo por escopo a contratação de empresa especializada para **fornecimento e instalação de USINA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO**, com dispositivo para enchimento de cilindros, contemplado: fornecimento e instalação de um gerador de oxigênio, composto pelo concentrador de oxigênio, tanque de armazenamento, secador por calor e demais componentes necessários para o funcionamento, incluindo a prestação de serviços de instalação integrada com alimentação elétrica (ENEL) e com os geradores de energia da unidade, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e peças, fornecimento dos equipamentos para recarga de cilindros, conforme RDC 50/2002 ANVISA (Oxigênio medicinal por PSA; Booster Enchedor de Cilindros), fornecimento de materiais e mão de obra para instalação e treinamento de equipe de acordo com as especificações do Edital e seus anexos, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada através do Parecer Jurídico nº **4004/2021**. Resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** as despesas, conforme dados abaixo:

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 03.184.220/0001-00

Item	Quant.	Descritivo	Marca	Valor Total R\$
01	01	USINA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO PSA: Concentrador tipo PSA ou VPSA com capacidade de geração de 60.0 m³/h com variação de 10%, com produção ininterrupta, modulo de alarme da saturação do oxigênio produzido no momento, alarme com bloqueio de produção em caso de baixa concentração de oxigênio, com no mínimo (02) dois compressores com alta eficiência energética, sendo no mínimo um reserva; (01) um reservatório de ar comprimido com capacidade de 2.000 litros com variação de 10%; Pré-filtro coalescente, secador por refrigeração ou adsorção, pós-filtro coalescente e filtro coalescente de carvão ativado; reservatório para oxigênio com capacidade de 2.000 litros com variação de 10%; analisador de oxigênio; sistema de enchimento de cilindros de 1 m³ a 10m³ com capacidade de enchimento de ao menos 4m³/h, o sistema deve atender imprescindivelmente as normas vigentes, como RDC 50/2002, ABNT/NBR 13587/1996, CFM 1355/1992, enquadramento na Norma NR 13 Anexo IV 1.2 PARA OS VASOS DE PRESSÃO, INCLUSIVE COM DOCUMENTAÇÃO DE ORIGEM E POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9001.	SA	1.588.000,00

Valor Total: R\$ 1.588.000,00 (Um milhão quinhentos e oitenta e oito mil reais).

Goiânia, 08 de outubro de 2021.

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone/Fax: 3524-1628 / 3524-1609 | e-mail: celsms.goiania@gmail.com
Prefeitura de Goiânia/Chefia da Casa Civil

Assinado Digitalmente: www.goiania.gov.br