



**ATA DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 – SAÚDE.**

Aos 29 dias do mês de outubro de 2021, às 15h43min, reuniram-se na sede da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, o Pregoeiro Ismaley Santos Lacerda e os membros da Comissão Especial de Licitação: Clerleis Rodrigues Lopes, Gildeone Silvério de Lima, Ana Paula Silvestre, Karina Ferreira do Amaral e Fabiana Fernandes Martins, designados pela Portaria nº 009/2021, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 e na regulamentação feita pelos Decretos Municipais nº 2578/2011 e nº 3044/2011 para proceder com a Adjudicação do **Pregão Eletrônico Nº 049/2021**, objeto do processo **Bee 31206**, UASG nº 926995 para aquisição de equipamentos odontológicos (aparelho sucção bomba elétrica e aparelho sucção unidade auxiliar elétrico) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Goiânia no prazo de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**. Após verificação das condições de habilitação, os autos foram encaminhados à **Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos** para avaliação técnica, tendo esta, emitido parecer favorável aos produtos ofertados através do Despacho Nº 206/2021. Considerando que o valor ofertado se encontra dentro da média de preços levantada através de pesquisa de mercado, concluíram-se tais procedimentos, neste ato, o Pregoeiro adjudica os itens, conforme planilha abaixo:

- **MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - CNPJ: 05.021.932/0001-34**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	70 Und	APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA. Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de	SCHUSTER SUCTOR	R\$ 3.759,28	R\$ 263.149,60



		ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. Vácuo: 500 a 640 mmHg. Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia .			
VALOR TOTAL: R\$ 263.149,60 (duzentos e sessenta e três mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos)					

- POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI- CNPJ: 40.238.923/0001-09

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	55 Und	UNIDADE AUXILIAR ELETRICO. Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiras cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiras cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente	SCHUSTER SUCTOR II	R\$ 610,40	R\$ 33.572,00

www.goiania.go.gov.br




		1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia .				
VALOR TOTAL: R\$ 33.572,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta e dois reais)						

Valor Total: R\$ 296.721,60 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos)


Clerleis Rodrigues Lopes
Presidente


Ana Paula Silvestre
Membro


Karina Ferreira do Amaral
Membro


Ismaley Santos Lacerda
Pregoeiro


Fabiana Fernandes Martins
Membro


Gildeone Silvério de Lima
Membro