


**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 – SAÚDE**

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e, nos termos do Art. 52 da Lei Complementar Municipal nº 335/2021, da Lei Federal nº 10.520/2011 e 1.550/2012, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com os autos do Pregão Eletrônico nº **049/2021 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** – Processo Bee nº **31206**, tendo por escopo a **aquisição de equipamentos odontológicos (aparelho sucção bomba elétrica e aparelho sucção unidade auxiliar elétrico) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Goiânia no prazo de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.** De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada através do Parecer Jurídico nº **4320/2021**. Resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as despesas, conforme dados abaixo:

- **MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - CNPJ: 05.021.932/0001-34**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	70 Und	<b>APARELHO SUCCAO BOMBA ELETRICA.</b> Bomba de Vácuo com capacidade para atender até 04 consultórios simultaneamente. Equipamentos de sucção de alta potência. Em liga de bronze / alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza (biossegurança). Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Deve possuir sistema antivibração, proporcionando baixo o nível de ruído. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Comando de acionamento eletrônico. Pode ser instalada até 5 metros do ponto de sucção mantendo sua performance. o produto deve ser fabricado de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA. <b>Vácuo:</b> 500 a	SCHUSTER SUCTOR	R\$ 3.759,28	R\$ 263.149,60



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

		<p>640 mmHg. <b>Motor (potência): mínimo: 1 CV/HP. Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50 Hz a 3450-60 Hz. Voltagem de Alimentação: Bivolt 110V / 220V. Frequência: 50-60 Hz. Corrente: 0A(220V) / 24A(110V). Tensão na placa de comando: 220v. Vazão de ar mínima: 400L/min. Consumo de água: 0,4 L/min. Pressão de água: 14 PSI ± 2. Consumo de energia: 1650 VA ± 10%. Fusíveis: 10 A. Sentido da rotação: horário. Potência: 1397 VA +/- 10%.</b></p> <p>Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia.</p>			
<p><b>VALOR TOTAL: R\$ 263.149,60 (duzentos e sessenta e três mil cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos)</b></p>					

• **POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI - CNPJ: 40.238.923/0001-09**

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
02	55 Und	<p><b>UNIDADE AUXILIAR ELETRICO.</b> Suctor de saliva de 6mm com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: aproximadamente 1,60m. Comprimento mangueira corrugada aproximadamente: 3,00m. Garantia mínima de 12 meses. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários para os reparos no período de garantia.</p>	SCHUSTER SUCTOR II	R\$ 610,40	R\$ 33.572,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

**VALOR TOTAL: R\$ 33.572,00 (trinta e três mil quinhentos e setenta e dois reais)**

**Valor Total: R\$ 296.721,60 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos)**

Goiânia, 19 de novembro de 2021.

**Durval Ferreira Fonseca Pedroso  
Secretário Municipal de Saúde**