

Zimbra

c010428@goiania.go.gov.br

esclarecimentos sobre pregão eletrônico 014/2022 - insumos de assistência ventilatória

De : Vagner Batista de Paula
<licitacao@hypermedical.com.br>

qua, 23 de mar de 2022 17:53

Assunto : esclarecimentos sobre pregão eletrônico
014/2022 - insumos de assistência ventilatória

Para : celsms goiania <celsms.goiania@gmail.com>, cel
sms <cel.sms@goiania.go.gov.br>

Boa tarde

solicito esclarecimento a respeito dos itens abaixo:

Item 36: RESERVATÓRIO PARA AMBU ADULTO: no edital estão solicitando reservatório com capacidade mínima de 2500 ml, porém, o reservatório adulto em silicone tem capacidade de 2300 ml, podemos cotar assim mesmo??

Item 40: VALVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO: no edital estão solicitando para REDE de ar comprimido, porém, na descrição estão solicitando escala de 0 a 315 kgf/cm2; pressão de 3,5 kgf/cm2; esse descritivo é da valvula de cilindro, a valvula de rede o descritivo é igual ao descritivo do item 39, ou seja, manometro de baixa pressão, escala de 0 a 11 kgf/cm2.

como proceder nesse caso??

--

 Vagner.png