



PROCESSO: 46948

PROTOCOLO: 2022/00000/12301

INTERESSADO: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

DESPACHO N° 115/2022 – Em resposta aos questionamentos realizados pela Empresa Hypermedical, referentes ao Pregão eletrônico 014/2022, Processo BEE 46948.

- 1- Item 36- RESERVATÓRIO PARA AMBU ADULTO: considerando que em pesquisa de mercado é possível identificar mais de uma marca com capacidade mínima de 2500 ml ou maior volume, opina-se por manter a **capacidade mínima 2500 ml**.
- 2- Item 40 – VÁLVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO – identificamos que o descritivo encontra-se equivocado e portanto solicita-se retificação do mesmo, conforme abaixo:

Onde se lê:

“Item 40 – **VALVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO**, composta por 01 manômetro e 02 saídas para rede de ar comprimido, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, com filtro de bronze sintetizado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgd/cm², pressão fixa de 3,5 Kgf/cm², com válvula de segurança, escala e visor em policarbonato inquebrável. Conexões conforme ABNT NBR 11725. Com registro na ANVISA/MS”.

Leia-se

“Item 40 - **VALVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO**, com manômetro e botão de controle (cor



AMARELA) para rede de ar comprimido. Fabricada em metal cromado, manômetro de baixa pressão de 0 a 11 Kg/cm² e botão de controle. Conexões padrão ABNT. Com registro na ANVISA/MS”.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que fizerem necessários.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, 30 dias de março de 2022.

Máisa Vieira de Paula

Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos
Decreto 3045/2021