



PROCESSO: 46948

PROTOCOLO: 2022/00000/ 13297

INTERESSADO: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

DESPACHO N° 121/2022 – Após reanálise quanto aos questionamentos realizados pela Empresa Hypermedical, referentes ao Pregão eletrônico 014/2022, Processo BEE 46948, Item 36- RESERVATÓRIO PARA AMBU ADULTO, visando ampliação da concorrência e considerando que tal alteração manterá o objetivo da aquisição solicita-se alteração do descritivo do item, portanto:

Onde se lê:

RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBÚ DE SILICONE ADULTO, confeccionado em silicone, com capacidade mínima de 2500 ml, resistente, adaptável em qualquer marca de reanimador pulmonar. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Leia-se:

RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBÚ DE SILICONE ADULTO, confeccionado em silicone, com capacidade mínima de 2300 ml, resistente, adaptável em qualquer marca de reanimador pulmonar. Embalado individualmente. Com registro na ANVISA/MS.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que fizerem necessários.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos, 05 dias de abril de 2022.

Maísa Vieira de Paula

Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos
Decreto 3045/2021