

**PROCESSO BEE Nº.: 46948**

**PROTOCOLO Nº.: 2022/00000/016766**

**INTERESSADO: GERÊNCIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-  
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS**


**ASSUNTO: AQUISIÇÃO**

**DESPACHO Nº 143/2022** – Em solicitação ao despacho nº 204/2022, da Comissão Especial de Licitação, segue parecer técnico após análise das amostras solicitadas:


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER DE PROPOSTA
1.	AMBÚ SILICONE INFANTIL (REANIMADOR PULMONAR MANUAL)	<p>1º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca SAFTI.</b></p> <p>2º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>3º O produto proposto pela empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, marca STRA MEDICAL, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>4º A empresa TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, <b>solicitou desclassificação conforme e-mail em anexo, marca FLEXICARE.</b></p> <p>5º O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b></p>
2.	AMBÚ SILICONE ADULTO (REANIMADOR PULMONAR MANUAL)	<p>1º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p>




		<p>2° O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca SAFTI, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>3° O produto proposto pela empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, marca STRA MEDICAL, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>4° A empresa TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, <b>solicitou desclassificação conforme e-mail em anexo, marca FLEXICARE.</b></p> <p>5° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b></p>
3.	AMBÚ SILICONE NEONATAL (REANIMADOR PULMONAR MANUAL)	<p>1° O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>2° - O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca SAFTI, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>3° O produto proposto pela empresa STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, marca STRA MEDICAL, <b>não atende ao solicitado, produto não é 100% autoclavável.</b></p> <p>4° A empresa TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, <b>solicitou desclassificação conforme e-mail em anexo, marca FLEXICARE.</b></p>




		5° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
4.	DIAFRAGMA PARA AMBÚ NEONATAL	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
5.	DIAFRAGMA PARA AMBÚ ADULTO	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
6.	DIAFRAGMA PARA AMBÚ INFANTIL	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
7.	ESPAÇADOR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS COM MÁSCARA	1° O produto proposto pela empresa PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, marca AEROWAY, <b>atende ao solicitado.</b>
8.	FIO GUIA DE INTUBAÇÃO TAMANHO ADULTO	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável.</b>  2° O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca WELL LEAD, <b>não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável.</b>  3° A empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra,</b> marca MIKATOS.  4° O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI,




		marca OXIGEL, não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável
9.	FIO GUIA DE INTUBAÇÃO TAMANHO INFANTIL	<p>1º O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável.</p> <p>2º O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, marca WELL LEAD, não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável.</p> <p>3º A empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca MIKATOS.</p> <p>4º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca OXIGEL, não atende ao solicitado produto não é fabricado em aço inoxidável.</p>
10.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 0	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE atende ao solicitado.
11.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE atende ao solicitado.
12.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE atende ao solicitado.
13.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE atende ao solicitado.
14.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE atende ao solicitado.




15.	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca ADVANTIVE <b>atende ao solicitado.</b>
16.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 3.0	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca VITALGOLD, <b>atende ao solicitado.</b>
17.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 3.5	1º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca VITALGOLD</b> 2º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
18.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 4.0	1º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra. marca VITALGOLD.</b> 2º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
19.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 5.0	1º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca VITALGOLD.</b> 2º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
20.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 6.0	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>



21.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 7.0	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
22.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 7.5	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
23.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 8.0	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
24.	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NÚMERO 8.5	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca HAIBREATH, <b>atende ao solicitado.</b>
25.	MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (PARTICIPAÇÃO AMPLA)	1º O produto proposto pela empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, marca JG, <b>não atende ao solicitado, produto possui coxim em material PVC.</b>  2º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca COMPER.</b>  3º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, marca MD, <b>não atende ao solicitado, produto possui coxim em material PVC.</b>  4º O produto proposto pela empresa MAKE LINE COMERCIAL LTDA, marca NEWMED, <b>atende ao solicitado.</b>
26.	MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA (COTA RESERVADA ME/EPP)	1º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,




		<p>marca JG, <b>não atende ao solicitado, produto possui coxim em material PVC.</b></p> <p>2° O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, marca MD, <b>não atende ao solicitado, produto possui coxim em material PVC.</b></p> <p>3° A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca COMPER.</b></p> <p>4° O produto proposto pela empresa MAKE LINE COMERCIAL LTDA, marca NEWMED, <b>atende ao solicitado.</b></p>
27.	MÁSCARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO (PARTICIPAÇÃO AMPLA)	<p>1° A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra marca ADVANTIVE.</b></p> <p>2° O produto proposto pela empresa CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, marca COMPOWER, <b>atende ao solicitado.</b></p>
28.	MÁSCARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO (COTA RESERVADA ME/EPP)	<p>1° O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca ADVANTIVE.</p> <p>2° O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>atende ao solicitado.</b></p>
29.	MÁSCARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL	<p>1° A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra marca ADVANTIVE.</b></p>



		2° O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>atende ao solicitado.</b>
30.	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO	1° O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca FOYOMED, <b>atende ao solicitado.</b>
31.	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL	1° O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca FOYOMED, <b>atende ao solicitado.</b>
32.	PULMÃO TESTE ADULTO	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
33.	PULMÃO TESTE INFANTIL	1° O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
34.	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBÚ DE SILICONE INFANTIL	1° O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER <b>não atende ao solicitado, produto fabricado em material EVA.</b> 2° O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca PROTEC, <b>atende ao solicitado.</b>
35.	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBÚ DE SILICONE NEONATAL	1° O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER <b>não atende ao solicitado, produto fabricado em material EVA.</b> 2° O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca PROTEC, <b>atende ao solicitado.</b>






36.	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBÚ DE SILICONE ADULTO	1º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca COMPOWER, <b>não atende ao solicitado, produto fabricado em material EVA.</b> 2º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca PROTEC, <b>atende ao solicitado.</b>
37.	TOMADA DUPLA DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO DE O2 OU PONTO PAREDE	1º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca JG MORIYA, <b>atende ao solicitado.</b>
38.	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO	1º O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca OXIGEL, <b>atende ao solicitado.</b>
39.	VALVULA REGULADORA REDE DE OXIGÊNIO	1º O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca HAOXI.</b> 2º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca JG MORIYA, <b>atende ao solicitado.</b>
40.	VALVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO	1º O produto proposto pela empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca HAOXI.</b> 2º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca JG MORIYA, <b>atende ao solicitado.</b>
41.	VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM SAÍDA PARA	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca JPJ, <b>não</b>



	CILINDRO (PARTICIPAÇÃO AMPLA)	<b>atende ao solicitado, possui manômetro com escala de 0 a 300 kgd/cm<sup>2</sup>.</b>  2º O produto proposto pela empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, marca JG MORIYA, <b>atende ao solicitado.</b>
42.	VALVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM SAÍDA PARA CILINDRO (COTA RESERVADA ME/EPP)	1º O produto proposto pela empresa EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca JG MORIYA, <b>atende ao solicitado.</b>
43.	VALVULA REGULADORA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO (PARTICIPAÇÃO AMPLA)	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca JPJ, <b>não atende ao solicitado, possui manômetro com escala de 0 a 300 kgd/cm<sup>2</sup>.</b>  2º A empresa OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA, <b>solicitou desclassificação conforme e-mail em anexo, marca PROTEC.</b>  3º O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
44.	VALVULA REGULADORA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO (COTA RESERVADA ME/EPP)	1º O produto proposto pela empresa MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA, marca JPJ, <b>não atende ao solicitado, possui manômetro com escala de 0 a 300 kgd/cm<sup>2</sup>.</b>  2º A empresa OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA, <b>solicitou desclassificação conforme e-mail em anexo, marca PROTEC.</b>  3º O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
45.	UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE AR	1º A empresa MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA, <b>será</b>



	COMPRIMIDO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP)	<b>desclassificada pois não respondeu a intimação para apresentação de amostra, marca HAOXI.</b>  2º O produto proposto pela empresa ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, marca ROMED, <b>atende ao solicitado.</b>
46.	UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP)	1º O produto proposto pela empresa VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, marca VENTCARE, <b>atende ao solicitado.</b>

À Comissão Especial de Licitação para providências subsequentes.

Gerência de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos, aos trinta e um dias de maio de 2022.

**Maisa Vieira de Paula**

Gerente de Equipamentos Médicos Hospitalares e Odontológicos  
Decreto 3045/2021



Gerência de Equipamentos SMS Goiânia &lt;das.processo@gmail.com&gt;

---

**RE: Intimação n° 53 pregão eletrônico n° 014/2022**

2 mensagens

---

**Márcio Tadeu Reis** <licitacao3@tckmed.com.br>  
Para: das.processo@gmail.com

13 de maio de 2022 13:14

Boa tarde prezados,

Gostaríamos de saber da área técnica se o (REANIMADOR PULMONAR MANUAL) tem que ser 100% autoclavável a 134° C, caso sim, solicito nossa desclassificação, o nosso produto a bolsa é descartável.

**Márcio Tadeu Reis - Analista de Licitações**

Av. das Nações Unidas, 18801 - Conjunto 21 - Village Park

São Paulo/SP - CEP -04795-100

Tel. (11) 2500-8434 - (11) 2500-8435

Nosso site: [www.tckmed.com.br](http://www.tckmed.com.br)

---

**De:** "Gerência de Equipamentos SMS Goiânia" <das.processo@gmail.com>**Enviada:** 2022/05/13 10:29:59**Para:** [licitacao3@tckmed.com.br](mailto:licitacao3@tckmed.com.br)**Assunto:** Intimação n° 53 pregão eletrônico n° 014/2022

Olá,

Envio em anexo intimação n° 53 pregão eletrônico n° 014/2022 do processo administrativo BEE 46948 para apresentação de amostra e laudos técnicos.

Favor, confirmar recebimento deste para fins administrativos.

Atenciosamente,  
Equipe GGEMHO

---

**Gerência de Equipamentos SMS Goiânia** <das.processo@gmail.com>  
Para: Márcio Tadeu Reis <licitacao3@tckmed.com.br>

18 de maio de 2022 09:10

Olá,  
Informamos que o REANIMADOR PULMONAR MANUAL tem que ser 100% autoclavável a 134° C.

Atenciosamente,  
Equipe GGEMHO

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Gerência de Equipamentos SMS Goiânia &lt;das.processo@gmail.com&gt;

---

**Intimação n° 47 pregão eletrônico n° 014/2022**

2 mensagens

---

**Gerência de Equipamentos SMS Goiânia** <das.processo@gmail.com>  
Para: olimpolicitacao1@gmail.com

9 de maio de 2022 10:18

Olá,


Envio em anexo intimação n° 47 pregão eletrônico n° 014/2022 do processo administrativo BEE 46948 para apresentação de amostra e laudos técnicos.

Favor, confirmar recebimento deste para fins administrativos.

**A amostra poderá ser analisada mediante apresentação de ficha técnica encaminhada por e-mail.**

Atenciosamente,  
Equipe GGEMHO

---

 **INTIMAÇÃO 47 - BEE 46948 OLIMPO COMERCIO.pdf**  
167K

---

**OLIMPO OLIMPO** <olimpolicitacao1@gmail.com>  
Para: Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>

9 de maio de 2022 10:35

Bom dia!

Infelizmente acabamos cotando errado o referido equipamento. O certo deveria ser Uma valvula + um tomada dupla. E acabamos orçando apenas a válvula após confirmarmos com a fábrica. Diante disso, não poderemos apresentar amostra porque o equipamento não atenderá a necessidade. Pedimos desculpas e solicitamos que seja desconsiderada a solicitação para nós e que seja passado para o próximo, afim de evitar danos à prefeitura e que consiga ser atendida com o material completo!

COTAMOS O MODELO 5760 E O CORRETO DEVERIA SER 5488+4908.

Atenciosamente,  
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Gerência de Equipamentos SMS Goiânia &lt;das.processo@gmail.com&gt;

---

**Intimação n° 31 pregão eletrônico n° 014/2022**

---

Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>  
Para: maxlab@terra.com.br, maxlab2021@gmail.com

29 de abril de 2022 11:22

Olá,

Envio em anexo intimação n° 31 pregão eletrônico n° 014/2022 do processo administrativo BEE 46948 para apresentação de amostra e laudos técnicos.  
Favor, confirmar recebimento deste para fins administrativos.

Com relação aos itens:

39 VÁLVULA REGULADORA REDE DE OXIGÊNIO;

40 VÁLVULA REGULADORA REDE DE AR COMPRIMIDO; poderá encaminhar ficha técnica e laudos técnicos.

Atenciosamente,  
Equipe GGEMHO

---

 **INTIMAÇÃO 31 - BEE 46948 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO.pdf**  
160K



Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>

---

## Intimação n° 57 pregão eletrônico n° 014/2022

---

Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>  
Para: equimed@uol.com.br

26 de maio de 2022 09:24

Envio em anexo intimação n° 57 pregão eletrônico n° 014/2022 do processo administrativo BEE 46948 para apresentação de amostra e laudos técnicos.

**Favor, encaminhar por email amostra através de catálogo contendo as informações técnicas.**

Atenciosamente,  
Equipe GGEMHO

---

 **INTIMAÇÃO 57 - BEE 46948 EQUIMED.pdf**  
167K