



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO Nº.: BEE 47563

PROTOCOLO Nº.: 2022/00000/022503

INTERESSADO: GERÊNCIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

DESPACHO Nº 189/2022 – Em atendimento ao Despacho nº 287/2022, da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, segue **PARECER TÉCNICO**:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
1.	ABAIXADOR DE LÍNGUA ESTILO PT COM 100,0 UN	– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca THEOTO, atende ao solicitado.
2.	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FR C/200,0 ML	– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca DERSIN, atende ao solicitado.
3.	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FR C/200,0 ML	– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca DERSIN, atende ao solicitado.
4.	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 MM CX COM 100,0 UN	– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA, marca DESCARPACK, atende ao solicitado
5.	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 MM CX COM 100,0 UN	– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca WILTEX, atende ao solicitado
6.	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 MM CX COM 100,0 UN	– O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		HOSPITALARES LTDA, marca SOLIDOR, atende ao solicitado.
7.	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca: SOLIDOR, atende ao solicitado.
8.	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6,0 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, marca WILTEX, atende ao solicitado.
9.	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6,0 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca WILTEX, atende ao solicitado.
10.	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca WILTEX, atende ao solicitado.
11.	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, marca WILTEX, atende ao solicitado.
12.	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca WILTEX, atende ao solicitado.
13.	AAGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa REIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca MEDIX, atende ao solicitado.

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

14.	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca WILTEX, atende ao solicitado.
15.	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM CX COM 100,0 UN	- O produto proposto pela empresa REIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca MEDIX, atende ao solicitado.
16.	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FR COM 1000,0 ML	- O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca JFERES, atende ao solicitado.
17.	ÁLCOOL ETÍLICO 70% FR COM 1000,0 ML	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA, marca JFERES, atende ao solicitado.
18.	ÁLCOOL GEL 70%	- O produto proposto pela empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, marca MASTER, atende ao solicitado.
19.	ÁLCOOL GEL 70%	- O produto proposto pela empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, marca MASTER, atende ao solicitado.
20.	ALCOOL EM GEL A 70%	- O produto proposto pela empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, marca MASTER, atende ao solicitado.
21.	ALCOOL EM GEL A 70%	- O produto proposto pela empresa COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA, marca MASTER, atende ao solicitado.
22.	ALGODÃO HIDRÓFILO SIMPLES PT COM 250,0 G	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

		REPRESENTAÇÕES LTDA, marca NATYH, atente ao solicitado.
23.	ALGODÃO HIDRÓFILO SIMPLES PT COM 250,0 G	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca NATYH, atente ao solicitado.
24.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PT COM 12,0 UN	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca ORTOBOM, atente ao solicitado.
25.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM PT COM 12,0 UN	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca ORTOBOM, atente ao solicitado.
26.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM PT COM 12,0 UN	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca ORTOBOM, atente ao solicitado.
27.	APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca MAXCOR, atente ao solicitado.
28.	ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M	- O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado - produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição. - O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca UNITEX,

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.

– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca ANDREONE, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**

– O produto proposto pela empresa POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca EUROPA, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**

– O produto proposto pela empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, marca EUROPA, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**

– O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra mesmo após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.**

– O produto proposto pela empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra.**

– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, **empresa solicitou desclassificação via e-mail.**



		<ul style="list-style-type: none">- O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.- O produto proposto pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, marca ORTHOCREM, empresa pediu desclassificação via e-mail.- O produto proposto pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca MEDICAL TEXTIL, empresa não apresentou amostra.- O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.
29.	ATADURA CREPE 12 CM X 1,8 M	<ul style="list-style-type: none">- O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca ANDREONE, NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.- O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, empresa não apresentou amostra mesmo

may



		<p>após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, empresa solicitou desclassificação via e-mail.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, marca GO MED, empresa não entregou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
30.	ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca ERIMAX SOFT, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p>

Mary



- O produto proposto pela empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, marca EUROPA, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**
- O produto proposto pela empresa POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca EUROPA, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**
- O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, **NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.**
- O produto proposto pela empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra.**
- O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra mesmo após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.**
- O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, **empresa solicitou desclassificação via e-mail.**
- O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS



		<p>HOSPITALARES LTDA, marca UNITEX, NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.</p> <p>– O produto proposto pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, marca ORTHOCREM, empresa pediu desclassificação via e-mail.</p> <p>– O produto proposto pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca MEDICAL TEXTIL, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
31.	ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca ERIMAX SOFT, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado –</p>



		<p>produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, empresa não apresentou amostra mesmo após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, empresa solicitou desclassificação via e-mail.</p> <p>– O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, marca GO MED, empresa não entregou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
32.	ATADURA CREPE 30 CM X 1,8M	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca ERIMAX SOFT, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p>

max



- O produto proposto pela empresa POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca EUROPA, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**
- O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, **NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.**
- O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca UNITEX, **NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.**
- O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, **empresa solicitou desclassificação via e-mail.**
- O produto proposto pela empresa GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra.**
- O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, **empresa não apresentou amostra mesmo após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.**
- O produto proposto pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, marca

may



		<p>ORTHOCREM, empresa pediu desclassificação via e-mail.</p> <p>– O produto proposto pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca MEDICAL TEXTIL, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
33.	ATADURA CREPE 30 CM X 1,8M	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca ERIMAX SOFT, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa ORTONUTRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca PROTCARE, empresa solicitou desclassificação via e-mail.</p>

may



		<p>– O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca ANAPOLIS, empresa não apresentou amostra mesmo após várias tentativas de contato e prorrogação do prazo de entrega.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
34.	ATADURA CREPE 6 X 1,8M PT COM 12,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca EUROPA, NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.</p> <p>– O produto proposto pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, marca ORTHOCREM, empresa pediu desclassificação via e-mail.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca UNITEX, NÃO atende ao solicitado – produto não é 100% algodão.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>

May



35.	ATADURA CREPE 6 X 1,8M PT COM 12,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – produto NÃO possui 13 fios e contem fios sintéticos em sua composição.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI, marca LUDAN, atende ao solicitado.</p>
36.	ATADURA GESSADA 10 X 3 M CX COM 20,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p>

May



		<p>– O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, marca ORTOFEN, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, atende ao solicitado, porém o valor está acima do estimado.</p>
37.	ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca POLARFIX, atende ao solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca</p>

May



ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado –
produto não possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca
POLARFIX, NÃO atende ao solicitado –
produto não possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa
AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,
marca CREMER, empresa não apresentou
amostra.

– O produto proposto pela empresa G.M.
VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES,
marca ORTOFLEX, NÃO atende ao
solicitado – produto não possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa AS3
HOSPITALAR LTDA, marca ORTOFLEX,
NÃO atende ao solicitado – produto não
possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa SUPORTE
COMERCIAL ATACADISTA EIRELI,
marca POLARFIX, NÃO atende ao
solicitado – produto não possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa BRASIL
CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS EIRELI, marca ORTOFEN,
NÃO atende ao solicitado – produto não
possui Giro Inglês.

– O produto proposto pela empresa M MED
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Mary



		<p>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, atende ao solicitado, porém o valor está acima do estimado.</p>
38.	ATADURA GESSADA 15 X 3 M CX COM 20,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, atende ao solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, marca ORTOFEN, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E</p>

May



		<p>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, atende ao solicitado, porém o valor está acima do estimado.</p>
39.	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca POLARFIX, atende ao solicitado.</p> <p>– O produto proposto pela empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca POLAR, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p>

maif



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

		<p>- O produto proposto pela empresa G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>- O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>- O produto proposto pela empresa SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>- O produto proposto pela empresa CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, marca ORTOFEN, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, atende ao solicitado, porém o valor está acima do estimado.</p>
40.	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN	<p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, atende ao solicitado.</p>
41.	BOLSA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL	<p>- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca KANGLI CARE, empresa não apresentou amostra.</p> <p>- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E</p>

mao



		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CONVATEC, atende ao solicitado.
42.	CAIXA ORGANIZADORA 50L	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca SANREMO, atende ao solicitado.
43.	CAIXA ORGANIZADORA 9L	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca SANREMO, atende ao solicitado.
44.	CAIXA ORGANIZADORA 20L	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca SANREMO, atende ao solicitado.
45.	CAIXA ORGANIZADORA 28L	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca SANREMO, atende ao solicitado.
46.	CAMPO CIRÚRGICO 50 x 50 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca POLAR FIX, atende ao solicitado.
47.	CAMPO CIRÚRGICO 75 x 75 CM DESCARTÁVEL ESTERILIZADO	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca POLAR FIX, atende ao solicitado.
48.	CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	- O produto proposto pela empresa JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. marca ANADONA, NÃO atende ao solicitado -

mao



		<p>produto não atende as dimensões mínimas solicitadas - possui 1,10 M de comprimento.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca INNOVA, não foi inserido o registro na ANVISA, conforme subitem 9.17.2 do edital.</p> <p>- O produto proposto pela empresa E-BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca MAXDESCART, atende ao solicitado.</p>
49.	CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	<p>- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca MAXDESCART, atente ao solicitado.</p>
50.	CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	<p>- O produto proposto pela empresa JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. marca ANADONA, NÃO atende ao solicitado - produto não atende as dimensões mínimas solicitadas - possui 1,10 M de comprimento.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca INNOVA, não foi inserido o registro na ANVISA, conforme subitem 9.17.2 do edital.</p> <p>- O produto proposto pela empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, marca MAXDESCART, o Registro na Anvisa apresentado (80719720023), marca HN DESC é diferente da marca inserida na</p>

may



		<p>proposta (Medcal). Este documento é exigência do subitem 9.17.22 do edital. A falta deste documento ocasiona inabilitação.</p> <p>– O produto proposto pela empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO, marca SM PROTECT, atende ao solicitado.</p>
51.	CAPOTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	<p>– O produto proposto pela empresa ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca MEDIX, atende ao solicitado.</p>
52.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 14	<p>– O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca MEDIX, atende ao solicitado.</p>
53.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 16	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.</p>
54.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 18	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.</p>
55.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 20	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.</p>
56.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 20	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.</p>

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

May



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

57.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 22	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.
58.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 22	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.
59.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 24	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.
60.	CATETER ABOCATH PERIFÉRICA DISPOSITIVO SEGURANÇA NR 24	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLYMED, atende ao solicitado.
61.	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN ADULTO 14 G	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca BLENTA, atende ao solicitado.
62.	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN INFANTIL 22 G	ITEM FRACASSADO
63.	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN ADULTO 14 G	- O produto proposto pela empresa MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, marca ARROW, atende ao solicitado.
64.	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN ADULTO 14 G	- O produto proposto pela empresa UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, marca KFF, atende ao solicitado.
65.	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LÚMEN INFANTIL 22 G	ITEM FRACASSADO

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

66.	CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca MEDSONDA, atende ao solicitado.
67.	CATETER NASAL OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca MARK MED, atende ao solicitado.
68.	CLAMP UMBILICAL	ITEM FRACASSADO
69.	CLOREXIDINA ALCÓOLICA FR COM 1000,0 ML	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca VICPHARMA, atende ao solicitado.
70.	CLOREXIDINA DEGERMANTE FR COM 1000,0 ML	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca VICPHARMA, atende ao solicitado.
71.	CLOREXIDINA TÓPICA FR COM 1000,0 ML	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca VICPHARMA, atende ao solicitado.
72.	COLETOR DESCARTAVEL PAPEL AO UN COM 13,0 L	- O produto proposto pela empresa SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, marca: DESCARBOX, atende ao solicitado.
73.	COLETOR DESCARTAVEL PAPEL AO UN COM 3,0 L	- O produto proposto pela empresa SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, marca: DESCARBOX, atende ao solicitado.
74.	COLETOR DESCARTAVEL PAPEL AO UN COM 7,0 L	- O produto proposto pela empresa SERVBOX SERVIÇOS

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

May



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

		ADMINISTRATIVOS LTDA, marca: DESCARBOX, atende ao solicitado.
75.	COLETOR DESCARTÁVEL URINA SISTEMA ABERTO	- O produto proposto pela empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, marca: LETOMED, atende ao solicitado
76.	COLETOR DESCARTÁVEL URINA SISTEMA ABERTO	- O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: SEGMED, atende ao solicitado
77.	COLETOR DESCARTÁVEL URINA SISTEMA FECHADO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: WILTEX, atende ao solicitado.
78.	COLETOR DESCARTAVEL URINA/FEZES/ESCARRO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
79.	COMPRESSA CIRÚRGICA 23 X 25 CM PT C/ 50,0 UN	- O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, marca: ERIMAX, NÃO atende ao solicitado - as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo. - O produto proposto pela empresa BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, marca BIOTEXTIL, atende ao solicitado.
80.	COMPRESSA CIRÚRGICA 23 X 25 CM PT C/ 50,0 UN	- O produto proposto pela empresa ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, marca:

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

may



ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo.

– O produto proposto pela empresa DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, marca BIOTEXTIL, empresa anexou documentação fora do prazo de validade.

– O produto proposto pela empresa E-BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo.

– O produto proposto pela empresa S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo.

– O produto proposto pela empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo.

– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca ECOMAX, empresa solicitou desclassificação via e-mail.

– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca

may



		<p>KASMED, empresa informa, via e-mail, na verdade a marca correta ERIMAX-Kasmed e a distribuidora da marca já foi desclassificada anteriormente.</p> <p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, marca ERIMAX, NÃO atende ao solicitado – as dimensões 19,5 x 26 cm não correspondem ao solicitado, possui tecido duplo.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: ORTOFEN, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa GLOBAL COMERCIAL EIRELI, marca: POLARFIX, atende ao solicitado.</p>
81.	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 CM PT C/ 50,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: POLARFIX EUROPA, atende ao solicitado.</p>
82.	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 CM PT C/ 50,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: POLARFIX EUROPA, atende ao solicitado.</p>
83.	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM PT COM 5,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR EIRELI, marca: MEDICAL TEXTIL, atende ao solicitado.</p>

may



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

84.	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM PT COM 5,0 UN	- O produto proposto pela empresa MEDICAL TEXTIL HOSPITALAR EIRELI, marca: MEDICAL TEXTIL, atende ao solicitado.
85.	CONJUNTO COLETA TRIPLICE	- O produto proposto pela empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
86.	CONJUNTO COLETA TRIPLICE	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: KOLPLAST, atende ao solicitado.
87.	DETERGENTE ENZIMATICO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: PROLINK, atende ao solicitado.
88.	DETERGENTE ENZIMATICO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: PROLINK, atende ao solicitado.
89.	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM EXTENSOR URIPEN	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDSONDA, empresa não apresentou amostra. - O produto proposto pela empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, marca BIOBASE, atende ao solicitado.
90.	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM EXTENSOR URIPEN	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E

Diretoria Administrativa
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br



		<p>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDSONDA, empresa não apresentou amostra.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca TAYLOR, não foi inserido o registro da ANVISA, conforme subitem 9.17.2 do edital.</p> <p>- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca BIOBASE, atende ao solicitado.</p>
91.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 19	<p>- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDIX, atende ao solicitado.</p>
92.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 21	<p>- O produto proposto pela empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, marca: MEDIX, atende ao solicitado.</p>
93.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 21	<p>- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDIX, atende ao solicitado.</p>
94.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 23	<p>- O produto proposto pela empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, marca: MEDIX, atende ao solicitado.</p>

May



95.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 23	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDIX, atende ao solicitado.
96.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 25.	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDIX, atende ao solicitado.
97.	DISPOSITIVO INFUSÃO ENDOVENOSA PERIFÉRICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NR 27	- O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: MEDIX, atende ao solicitado.
98.	ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL ADULTO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: MEDPEX, atende ao solicitado.
99.	ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL INFANTIL	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: MEDPEX, atende ao solicitado.
100.	EQUIPO PLÁSTICO SORO MACROGOTA	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: LAMEDID, NÃO atende ao solicitado – a amostra enviada NÃO POSSUI respiro de ar com filtro de ar bacteriológico. - O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca: GLOMED, atende ao solicitado.

May



101.	EQUIPO PLÁSTICO MACROGOTA	SORO	<p>- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: LAMEDID, NÃO atende ao solicitado – a amostra enviada NÃO POSSUI respiro de ar com filtro de ar bacteriológico.</p> <p>- O produto proposto pela empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca GLOMED, empresa solicitou desclassificação via e-mail.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TKL, empresa solicitou desclassificação via e-mail.</p> <p>- O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: INJEX, empresa não apresentou amostra.</p> <p>- O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA, marca: TKL, atende ao solicitado.</p>
102.	EQUIPO PLÁSTICO MACROGOTAS PARA BOMBA DE INFUSÃO		<p>- O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA, marca: LIFEMED, atende ao solicitado.</p>
103.	EQUIPO PLASTICO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO FOTOSSENSIVEL PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO		<p>- O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA, marca: LIFEMED, atende ao solicitado.</p>

May



104.	EQUIPO PLÁSTICO MICROGOTA COM CÂMARA GRADUADA (0 A 150 ML)	- O produto proposto pela empresa SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA, marca: MEDIX, atende ao solicitado.
105.	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL	- O produto proposto pela empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, marca: DESCARPACK, atende ao solicitado.
106.	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TKL, empresa não apresentou amostra. - O produto proposto pela empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca GLOMED, empresa solicitou desistência. - O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: TKL, atende ao solicitado.
107.	ESCOVA PLÁSTICA LIMPEZA UNHA	ITEM FRACASSADO
108.	ESPARADRAPO ADERENTE 10 CM X 4,5 M	- O produto proposto pela empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, marca: ADPELE, atende ao solicitado.
109.	ESPARADRAPO ADERENTE 10 CM X 4,5 M	- O produto proposto pela empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: ADPELE, atende ao solicitado.
110.	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO 5 CM X 10 M	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO

may



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

		HOSPITALAR EIRELI, marca: MAXICOR, atende ao solicitado.
111.	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO 5 CM X 10 M	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: MAXICOR, atende ao solicitado.
112.	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL NR 1- (equivalente ao P)	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: CRAL VACUPLAST, atende ao solicitado.
113.	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL NR 2 - (equivalente a M)	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: CRAL VACUPLAST, atende ao solicitado.
114.	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL NR 2 - (equivalente a M)	- O produto proposto pela empresa E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, marca: CRAL VACUPLAST, atende ao solicitado.
115.	ESPECULO DESCARTAVEL VAGINAL NR 3 - (equivalente a G)	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
116.	EXTENSOR INTERMEDIARIO 2 VIAS PVC	- O produto proposto pela empresa HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: WILTEX, empresa solicitou desclassificação via e-mail. - O produto proposto pela empresa BRASIL CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES, marca, MEDIX, atende ao solicitado.

May



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

117.	FILTRO DESCARTAVEL TIPO HEPA P/ VENTILADOR MECANICO	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca: BECARE, atende ao solicitado.
118.	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 0, AGULHA CILINDRICA 1/2"	- O produto proposto pela empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, marca: BIOLINE, atende ao solicitado.
119.	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1,0 AGULHA CILINDRICA 1/2"	ITEM DESERTO
120.	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2,0 AGULHA CILINDRICA 1/2	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.
121.	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 3- 0, COM AGULHA 3,0 CM CILÍNDRICA 1/2" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.
122.	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4- 0, COM AGULHA 3,0 CM CILÍNDRICA 1/2" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: SHALON, atende ao solicitado.
123.	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 0, COM AGULHA 5,0 CM CILÍNDRICA 3/8" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.
124.	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 2- 0, COM AGULHA 3,0 CM CILÍNDRICA 3/8" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

125.	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 3-0, COM AGULHA 3,0 CM CILÍNDRICA 3/8" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.
126.	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 4-0, COM AGULHA 3,0 CM	- O produto proposto pela empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, marca: BIOLINE, atende ao solicitado.
127.	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 4, COM AGULHA 2,0 CM CILÍNDRICA	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca: TECHNOFIO, atende ao solicitado.
128.	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 2-0, COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE 3/8" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, marca: BRASUTURE, atende ao solicitado.
129.	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 3-0, COM AGULHA 3,0 CM CORTANTE 3/8" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, marca: BRASUTURE, atende ao solicitado.
130.	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 4-0, COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE 1/2" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, marca: BC SUTURE/BIOLINE, atende ao solicitado.
131.	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 5-0, COM AGULHA 2,5 CM CORTANTE 1/2" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, marca: BC SUTURE/BIOLINE, atende ao solicitado.
132.	FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTO 6-0, AGULHA 1/2" CIRCULAR	- O produto proposto pela empresa NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, marca: BC SUTURE/BIOLINE, atende ao solicitado.
133.	FITA METRICA PLASTICA	ITEM FRACASSADO

Diretoria Administrativa
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)
Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br

may



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

134.	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: MASTERFIX, atende ao solicitado.
135.	FIXADOR ADESIVO NASAL ADULTO	- O produto proposto pela empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, marca: 3M, atende ao solicitado.
136.	FIXADOR ADESIVO NASAL ADULTO	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca: AMP, atende ao solicitado.
137.	FIXADOR ETANOL/ACETONA CITOLOGICO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
138.	FIXADOR ETANOL/ACETONA CITOLOGICO	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
139.	FIXADOR PLÁSTICO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	- O produto proposto pela empresa MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, marca: MAGNA, atende ao solicitado.
140.	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
141.	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br

may



		LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
142.	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
143.	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
144.	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
145.	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M	- O produto proposto pela empresa MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA, marca: ALFASOFT, atende ao solicitado.
146.	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TOP MAIS, atende ao solicitado.
147.	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA P	- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: TOP MAIS, atende ao solicitado.

May



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

148.	FRASCO NUTRIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN COM 500,0 ML	<p>- O produto proposto pela empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, marca: BIOBASE INDÚSTRIA E, empresa não apresentou amostra.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, marca NUTRIMED, atende ao solicitado.</p>
149.	FRASCO NUTRIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN COM 500,0 ML	<p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: NUTRIMED, atende ao solicitado.</p>
150.	MANGUEIRA SILICONE OXIGÊNIO	<p>- O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: MEDICONE, empresa não apresentou amostra.</p> <p>- O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, marca MEDICONEM, atende ao solicitado.</p>
151.	GARROTE LATEX P/ INJEÇÃO	<p>- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, marca: PREMIUM, atende ao solicitado.</p>
152.	GAZE ALGODÃO 91 X 91 CM	<p>- O produto proposto pela empresa S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, marca: ANDREONI, atende ao solicitado.</p>



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

153.	GEL EXAME ULTRASSONOGRAFIA E SONAR FR COM 100,0 G	- O produto proposto pela empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI, marca: MULTIGEL, atende ao solicitado.
154.	GEL EXAME ELETROCARDIOGRAMA E DESFIBRILADOR CARDÍACO	- O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, marca: BIOMED, empresa não apresentou amostra. - O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CARBOGEL, atende ao solicitado.
155.	GEL LUBRIFICANTE 5 G	- O produto proposto pela empresa POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI, marca: RILEX, empresa solicitou desclassificação via e-mail. - ITEM FRACASSADO.
156.	HIPOCLORITO SÓDICO SOLUÇÃO A 1%	- O produto proposto pela empresa V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA, marca: ALVOX, atende ao solicitado.
157.	HIPOCLORITO SÓDICO SOLUÇÃO A 1%	- O produto proposto pela empresa V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA, marca: ALVOX, atende ao solicitado.
158.	INVÓLUCRO CADÁVER ADULTO	- O produto proposto pela empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, marca: BRIT, atende ao solicitado.
159.	INVÓLUCRO CADÁVER ADULTO	- O produto proposto pela empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, marca: BRIT, atende ao solicitado.
160.	INVÓLUCRO PARA CADÁVER INFANTIL	- O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

may



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde

		PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, marca: JUREMA, atende ao solicitado.
161.	INVÓLUCRO PARA CADÁVER RECÉM-NASCIDO	– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, marca: JUREMA, atende ao solicitado.
162.	INVOLUCRO P/ CADAVER ADULTO OBESO	– O produto proposto pela empresa BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA, marca: BRIT, atende ao solicitado.
163.	LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA 26X76 MM CX C/50,0 UN	– O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: PRECISION, empresa não apresentou amostra. - O produto proposto pela empresa OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, marca KOLPLAST, empresa solicitou desclassificação. - O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca PRECISION, atende ao solicitado.
164.	LÂMINA VIDRO MICROSCOPIA 26X76 MM CX C/50,0 UN	– O produto proposto pela empresa AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca: PRECISION, empresa não apresentou amostra. - O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

may



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca PRECISION, atende ao solicitado.
165.	TUBO PLASTICO PORTA LÂMINA 26x76	– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.
166.	TUBO PLASTICO PORTA LÂMINA 26x76	– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca: CRAL, atende ao solicitado.

À Comissão Especial de Licitação para sequenciamento dos autos.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos aos vinte e oito dias de setembro de 2022.

May Socorro Martinez Afonso

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e
Odontológicos
Decreto 2.721/2022

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



PROCESSO Nº.: BEE 47563

PROTOCOLO Nº.: 2022/00000/022885

INTERESSADO: GERÊNCIA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO

DESPACHO Nº 194/2022 – Em atenção ao despacho 189/2022 desta Gerência, quanto ao parecer técnico das amostras do processo, segue retificação do item 40:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
40.	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 M CX COM 20,0 UN	<p>– O produto proposto pela empresa JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, marca POLARFIX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AMAZÔNIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, empresa não apresentou amostra.</p> <p>– O produto proposto pela empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca POLAR, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES, marca ORTOFLEX, NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa AS3 HOSPITALAR LTDA, marca ORTOFLEX,</p>



		<p>NÃO atende ao solicitado – produto não possui Giro Inglês.</p> <p>– O produto proposto pela empresa M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, marca CREMER, atende ao solicitado, porém o valor está acima do estimado.</p>
--	--	--

À Comissão Especial de Licitação para sequenciamento dos autos.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos aos vinte e oito dias de setembro de 2022.

May Socorro Martinez Afonso

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e
Odontológicos
Decreto 2.721/2022

Diretoria Administrativa

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1503 e-mail: das.processo@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br