



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

DESPACHO Nº 279/2023

Em atendimento ao Despacho nº 633/2023, da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, segue PARECER TÉCNICO:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
1.	ABAIXADOR LINGUA PLASTICO COLORIDO AROMA/SABOR PT C/40,0 UN	FRACASSADO
2.	BANDAGEM CORPORAL ADESIVA ELASTICA COR BEGE 5M X 5CM CX C/12,0 RL	- O produto apresentado pela empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, marca ESSITY PHYSIO, não atende ao solicitado, dimensões da amostra apresentada é de 5cm X 2m e a o descritivo solicita de 5cm X 5m.
3.	BANDAGEM CORPORAL ADESIVA ELASTICA COR BEGE 5M X 5CM CX C/12,0 RL	FRACASSADO
4.	CONJUNTO FONO – ARTICULAÇÃO FONEMAS	FRACASSADO
5.	ESPELHO MILIMETRADO NASAL C/ PLACA METALICA DE REFERENCIA	FRACASSADO
6.	INCENTIVADOR PLASTICO RESPIRATORIO A FLUXO	- O produto apresentado pela empresa CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, marca NCS, atende ao solicitado
7.	KIT CANUDO CURVO SILICONE REUTILIZÁVEL COM ESCOVA	FRACASSADO
8.	LIVRO: GUIA DE TREINAMENTO FALA, LEITURA, ESCRITA E ORTOGRAFIA – volume I	FRACASSADO
9.	LIVRO: GUIA DE TREINAMENTO FALA, LEITURA, ESCRITA E ORTOGRAFIA –VOLUME II	FRACASSADO
10.	LIVRO: ESTIMULAÇÃO DA LINGUAGEM E DA MEMÓRIA VOLUME 2	FRACASSADO
	PROTOCOLO LINCE COMPLETO DE	

11.	PROCELOS ENOS COMPLETO DE INVESTIG. NEUROLINGUISTICA PLIN	FRACASSADO
12.	TESTE COMPLETO CONFIAS - CONSC. FONOLOGICA INSTR. DE AVALIAC. SEQUENCIAL	FRACASSADO
13.	TESTE AVALIACAO FONOAUDIOLOGICO ABFW + FICHARIO COMPLETO	FRACASSADO

À Comissão Especial de Licitação para conhecimento e sequenciamento dos autos.

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos

Goiânia, 03 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Marcondes Batista Rodrigues, Diretor Administrativo**, em 12/07/2023, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **2025543** e o código CRC **798A7846**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.29.000009504-8

SEI Nº 2025543v1