

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 – SAÚDE**  
**(AVISO DE RESULTADO)**

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 013/2020 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** — processo Bee 11163, cujo objeto é **Aquisição de Equipamentos odontológicos para atender as necessidades da SMS de Goiânia, pelo Sistema de Registro de Preços, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos**. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

• **Emigê Soluções em Saúde LTDA – CNPJ – 71.505.564/0001-24**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	10 un.	<b>COMPRESSOR DE AR LUBRIFICADO A OLEO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100L</b> ; alimentação elétrica 110/220 volts monofásica. Equipamento de fabricação nacional e que apresente peças de reposição no mercado local. Certificação no INMETRO, com prontuário do teste hidrostático. Reservatório com pintura interna anticorrosiva e chave de partida contactora e relê de sobrecarga. Garantia mínima de 12 meses, a partir da instalação. A instalação deve ser feita por técnico autorizado. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários tanto para a instalação quanto para os reparos no período de garantia . A instalação será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.	Ônix Pro	2.334,83	23.348,30
2	20 un.	<b>COMPRESSOR DE AR LUBRIFICADO A OLEO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200L</b> ; alimentação elétrica 220/380 volts trifásica. Equipamento de fabricação nacional e que apresente peças de reposição no mercado local. Certificação no INMETRO, com prontuário do teste hidrostático. Reservatório com pintura interna anticorrosiva e chave de partida com contactora e relê de sobrecarga. Garantia mínima de 12 meses, a partir da instalação. A instalação deve ser feita por técnico autorizado. A empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do técnico e materiais necessários tanto para a instalação quanto para os reparos no período de garantia . A instalação será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.	Ônix	3.850,09	77.001,80
3	260 un.	<b>AMORTECEDOR DE IMPACTO E VIBRAÇÃO</b> para compressores. Jogo com 04 peças, com capacidade para 200kg cada peça, com parafuso de ajuste regulável de 5/16" x 2" 1/2" e no máximo 70 mm de diâmetro externo	Chicago Pneumatic	57,11	14.848,60
4	60 un.	<b>CONJUNTO DE FILTRO ODONTOLÓGICO 1/2'</b> (3 em 1), composto de filtro regulador de pressão, filtro de ar coalescente e filtro de carvão ativado interligados. Vazão: 780 l/min a 7 Kgf/cm <sup>3</sup> . Filtro regulador de pressão remove 80% das impurezas (5 micras ) Filtro de ar coalescente retem aerossóis, óleo, água e partículas sólidas menores que	Chicago Pneumatic	390,89	23.453,40



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Saúde**

		0,2 micra. Grau de pureza em torno de 99.9%. Eficiência: 98,5% a 99,99% na remoção de partículas maiores que 0,3 a 0,6 micra. Filtro de carvão ativado retém hidrocarbonetos de até 0,03 mg/m <sup>3</sup> , responsáveis pelo odor, vapores, colóides e substâncias químicas orgânicas.			
Total: R\$ 138.652,10 (Cento e trinta e oito mil seiscientos e cinquenta e dois reais e dez centavos)					

**- Dental Alta Mogiana LTDA – CNPJ – 05.375.249/0001-03**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
<b>05</b>	<b>60 un.</b>	<b>MOCHO ODONTOLÓGICO</b> dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de elevação a gás, regulagem de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem costura diâmetro do assento em torno de 30cm, de consistência semi rígida. Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia. Garantia de 12 meses contados a partir da instalação. Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pelo fabricante no município de Goiânia.	<b>D700 Alliage</b>	<b>550,00</b>	<b>33.000,00</b>
Total: R\$ <b>33.000,00 (Trinta e três mil reais)</b>					

Valor Total do processo: R\$ 171.652,10 (Cento e setenta e um mil seiscientos e cinquenta e dois reais e dez centavos)

Goiânia, 12 de maio de 2020.

Fátima Mrué  
Secretária Municipal de Saúde