



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 023/2020 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** — processo Bee **793**, cujo objeto é **Aquisição de materiais permanentes (Desfibriladores) para utilização nas Unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos**. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Diante dessas informações, resolve **RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

• **GDC da Silva costa e Costa LTDA – CNPJ – 09.721.729/0001-21**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	24 un.	<p>APARELHO DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL, portátil, de alta sensibilidade, resistente, botão liga/desliga com ajuste de volume—alto falante de alta performance, visor com contador numérico digital, indicador de bateria fraca, frequência de batimentos cardíacos de 50 a 240 bpm, tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, frequência do ultra-som aproximada de 2,25 MHz, alimentação através de bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento, sensibilidade a partir da 10ª semana de gestação. Bi volt. Carregador. Bolsa para transporte. Manual de operação em português e carregador de bateria para rede elétrica em 220 v.</p> <p>-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um ano para o equipamento e acessórios</p> <p>- Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA</p>	DF-7001 D	833,30	19.999,20
Total: R\$ 19.999,20 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais)					

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

• **Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA – CNPJ – 90.909.631/0001-10**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	33 un.	<p>DEFIBRILADOR CARDIACO -Desfibrilador Externo Automático - DEA, com uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e infantil, portátil, Com forma de onda bifásica, Deve possuir software, teclas e indicações em português, Com guia do usuário através de comandos de voz em português, Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso, Com análise da impedância torácica, Deve possuir sistema de autoteste, Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10), Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água, Deve possuir tecla para aplicação de choque, Devem seguir as diretrizes do protocolo Guideline da AHA 2015, Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 3 Kg, Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), Com indicação do nível de carga da bateria, Com display para monitoração de ECG, Com velocidade: 25 mm/s no mínimo, deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas, Desfibrilação: a) Com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) Deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás, c) Com tempo de carga máxima: até 10 segundos, d) Com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) Com descarga interna automática se não houver disparo; A bateria do Desfibrilador deve: a) Possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) Possibilitar no mínimo 140 choques com carga máxima ou 4 horas de monitoração contínua (ECG), c) Ser recarregável, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega c) 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça. Carregador bivolt para bateria recarregável; alarmes sonoros e visuais: alarmes de bateria fraca; alarmes sonoros: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca;</p> <p>- Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;</p> <p>-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um ano para o equipamento e acessórios;</p> <p>-O fornecedor deverá ficar responsável pela instalação e capacitação da equipe, conforme necessidade da Secretaria.</p>	Instramed / ION	5.700,00	188.100,00



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

Total: R\$ 188.100,00 (Cento e oitenta e oito mil e cem reais)

• **Pesenti e Pelais LTDA – CNPJ – 02.776.642/0001-02**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
03	52 un.	<p>APARELHO OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL - monitoração não-invasiva da saturação de oxigênio e pulso periférico. Permite instalação rápida e fácil operação, pois não requer calibrações; curva Pletismográfica, valores digitais da saturação de oxigênio e do pulso periférico apresentados em display. Indicação sonora de: sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa e intensidade de sinal. Confeccionado em material resistente. Com tecla liga/desliga para acionamento. Bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 8 horas para monitoração contínua e indicação de bateria fraca. Especificações Técnicas: Saturação de oxigênio: faixa 0-100%; precisão: 2%; resolução: 1%; tempo de média: 8 segundos; áudio: alarmes e pulso, com tonalidade variável com a mudança da SpO2; Medidor de pulso: faixa 30-250 bpm; precisão: 2 bpm; resolução: 1 bpm; tempo de média: 8 segundos; alarmes: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso máximos e mínimos; áudio: volume ajustável, 2 minutos silencioso ou desligado; visual: valores de SpO2 e Pulso e barra de alerta. Display numéricos LCD. Curva Pletismográfica: cristal líquido. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA.</p> <p>Acessórios inclusos: sensor adulto e infantil, 01 (um) cabo rede e 01 (um) manual usuário em português.</p> <p>-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um ano para o equipamento e acessórios;</p> <p>- Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA;</p>	Mobil /Shenzhen	1.192,30	61.999,60

Total: R\$ 61.999,60 (Sessenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

• **J Ribeiro Comércio Atacadista LTDA – CNPJ – 84.972.926/0001-39**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
04	01 un.	<p>ELETROCARDIOGRAFO – PORTATIL, multicanal, 03 (três) canais com aquisição simultânea de 12 (doze) derivações compacta, com sensibilidade (ganho) impressão por cabeça térmica de alta resolução, 8 dots por minuto, seleção de derivação automática ou manual, variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv, velocidade de registro de 5,25 ou 50 mm/s mudança de derivações automática e manual, frequência de amostragem de 1000 Hz, resolução digital de 5 microvolts, com filtro para 60 Hz e para tremor muscular de 25 ou 35 Hz (programável), com possibilidade de captação de qualquer derivação precordial, sinal de calibração detecção de marcapasso com variação de 1 a</p>	Bionet Cardio Care 2000	10.500,00	10.500,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

	<p>50 MV/ 0.1 a MS, tela de cristal liquido; impressora integrada ao aparelho, com registro em papel a 4 milimetrado comum. Tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, proteção contra circuito de entrada flutuante contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico, software na língua portuguesa, alimentação 220 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável com autonomia de pelo menos duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento e com indicação da alimentação pela rede elétrica ou pela bateria filtro 60 Hz, acompanha 01 cabo de força, 02 cabos de pacientes com 10 vias com pino banana, 02 resmas de papel A 4 milimetrado comum 217 mm x 280 mm, 6 eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clips, 1 frasco de gel e todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento, manuais de operação e manutenção, 01 ano de garantia de peças e serviços, assistência técnica autorizada, aparelho em conformidade com a NBR/IEC - Compatibilidade Eletromagnética para Eletrocardiógrafo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um ano para o equipamento e acessórios; - Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; -O fornecedor deverá ficar responsável pela instalação e capacitação da equipe, conforme necessidade da Secretaria. 			
<p>Total: R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)</p>				

Valor Total do processo: R\$ 280.598,80 (Duzentos e oitenta mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Goiânia, 20 de julho de 2020.

Fátima Mrué
Secretária

www.goiania.go.gov.br