



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 SRP – SAÚDE**  
**(AVISO DE RESULTADO)**

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 020/2020 SRP – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL** – processo Bee 13373, cujo objeto é Registro de preço para eventual Aquisição dos eletrocardiógrafos para ampliação do atendimento da Secretaria Municipal de Saúde em exames de eletrocardiograma, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O valor apresentado se encontra dentro da média do estimado, após negociação e atualização do mesmo. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

• **J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME – CNPJ – 84.972.926/0001-39**

Item	Quant.	Descrição	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	90 un.	<b>ELETROCARDIOGRAFO</b> – aparelho com aquisição simultânea de 12 derivações, modelo portátil; funções ajuste de sensibilidade 5,10,20mm; impressão em registro de 12 canais no próprio equipamento no formato A4; impressora térmica integrada ao equipamento; velocidade de registro de 12,5,25, 50mm/s. Detecta eletrodo solto e pulso de marca-passo. Tela de LCD; Laudo interpretativo; Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada de informações do paciente; proteção contra descarga de desfibrilador; comunicação com computador. Bateria interna recarregável com autonomia para 100 exames; voltagem 110/220v. Acessórios: cabo de alimentação; 02 Cabos paciente 10 vias com plug tipo clip. • 04 eletrodos tipo clip para membros. • 06 eletrodos de sucção pré-cordiais não descartáveis, autoclaváveis Deverá conter: 1) <i>etiqueta de especificação técnica</i> , com as informações obrigatórias sobre fabricante, marca registrada, modelo do aparelho, número de série, faixa de frequência, amperagem, corrente de voltagem aceita; 2) <i>painel de controle e apêndices</i> , tais como os cabos-eletrodos e seus locais de conexão, devidamente identificados. Em casos de simbolização dos controles e cabos, a legenda deverá estar aplicada em local de fácil visualização. Os cabos-eletrodos deverão ter impressa, em seus extremos, a polarização, positiva ou negativa. É desejável que o painel contenha um esquema didático de posicionamento dos cabos-eletrodos no tórax do paciente; 3) <i>manual do operador</i> com instruções adequadas para a instalação e manutenção, além de orientações para a obtenção de um resultado acurado e seguro. O manual deverá informar também sobre todas as funções e aplicações do aparelho, significado de quaisquer	Bionet/ CardioCare 2000	5.404,33	486.389,70

**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Saúde**

		sinais e símbolos impressos, especificações técnicas, detalhamento do modelo e cuidados especiais, como relativos à exposição a material inflamável, uso sob interferência eletromagnética e sob situações de sobrecarga elétrica. Além destes, apresentar o registro na Anvisa e garantia de 12 meses contra quaisquer defeitos de fabricação.			
Total: R\$ 486.389,70 (Quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos)					

Goiânia, 06 de outubro de 2020.

Fátima Mrué  
Secretária