


Zimbra

c010428@goiania.go.gov.br

**Re: Pedido de Esclarecimento Fwd:  
ED\_PE\_SMSGO\_GO\_1172020\_01\_12\_2020\_14H00\_COVID**

**De :** Superintendência de Vigilância em Saúde  
<vigilanciaemsaudegoiania@gmail.com>

sex, 27 de nov de 2020 12:02

 1 anexo

**Assunto :** Re: Pedido de Esclarecimento Fwd:  
ED\_PE\_SMSGO\_GO\_1172020\_01\_12\_2020\_14H00\_COVID

**Para :** cel sms <cel.sms@goiania.go.gov.br>

Bom dia,

Segue as respostas conforme solicitado:

### TEM 01 - Antígeno

- Podemos considerar especificações mínimas sensibilidade de 93%, especificidade de 99%, e concordância total de 97,5% para participação? O uso de um kit com sensibilidade inferior a 90% é um risco a saúde pública, pois qual a confiabilidade dos resultados? Existem vários kits no mercado com sensibilidade superior a 90%, o que justificaria o emprego do recurso público de forma correta e adequada.

De acordo com a solicitação. Será modificado no texto que a sensibilidade deve ser acima de 90%.

- O kit deve conter o swab para coleta da amostra?

Sim, o kit deve vir completo com swab.

- O kit deve conter swab controle positivo e swab controle negativo?

O kit deve conter um swab para realização de cada teste apenas.

- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS?

O laudo do INCQS não é uma exigência para a aquisição de um produto. O que solicitamos é que o produto possua registro na ANVISA.

Obrigado,

Em sex., 27 de nov. de 2020 às 09:40, [cel.sms@goiania.go.gov.br](mailto:cel.sms@goiania.go.gov.br)  
<[cel.sms@goiania.go.gov.br](mailto:cel.sms@goiania.go.gov.br)> escreveu:

Bom dia,

Segue questionamento referente ao pregão eletrônico nº 117/2020 (Bee 32461) . Favor responder o mais breve possível em razão da licitação estar marcada para o dia 04/12/2020.

Gildeone Silvério de Lima

---

**De:** "Orlando Junior" <[orlando.junior@pmh.com.br](mailto:orlando.junior@pmh.com.br)>

**Para:** "cel sms" <[cel.sms@goiania.go.gov.br](mailto:cel.sms@goiania.go.gov.br)>

**Cc:** "Licitação PMH" <[licitacao.pmh@pmh.com.br](mailto:licitacao.pmh@pmh.com.br)>, "andre" <[andre.almeida@pmh.com.br](mailto:andre.almeida@pmh.com.br)>, "Shirley Gomes" <[shirley.gomes@pmh.com.br](mailto:shirley.gomes@pmh.com.br)>, "Ana Pires" <[anaflavia.pires@abbott.com](mailto:anaflavia.pires@abbott.com)>, "Ricardo Genevicius" <[ricardo.genevicius@abbott.com](mailto:ricardo.genevicius@abbott.com)>, "Pollyanna Novaes" <[pollyanna.novaes@abbott.com](mailto:pollyanna.novaes@abbott.com)>, "Resende Gomes de Oliveira, Aline" <[aline.resendegomesdeoliveira@abbott.com](mailto:aline.resendegomesdeoliveira@abbott.com)>, "Marcia dos Santos da Luz, Mariana" <[mariana.marciadossantosdaluz@abbott.com](mailto:mariana.marciadossantosdaluz@abbott.com)>, "Fellipe Carneiro" <[fellipe.carneiro@pmh.com.br](mailto:fellipe.carneiro@pmh.com.br)>

**Enviadas:** Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 16:08:25

**Assunto:** Pedido de Esclarecimento Fwd:  
ED\_PE\_SMSGO\_GO\_1172020\_01\_12\_2020\_14H00\_COVID

Boa tarde,

vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame apensado. No aguardo. Agradecemos a atenção.

### ITEM 01 - Antígeno

- Podemos considerar especificações mínimas sensibilidade de 93%, especificidade de 99%, e concordância total de 97,5% para participação? O uso de um kit com sensibilidade inferior a 90% é um risco a saúde pública, pois qual a confiabilidade dos resultados? Existem vários kits no mercado com sensibilidade superior a 90%, o que justificaria o emprego do recurso público de forma correta e adequada.

- O kit deve conter o swab para coleta da amostra?

- O kit deve conter swab controle positivo e swab controle negativo?

- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS?

At.te



**Orlando Júnior**  
Especialista em Produto  
CRF-DF 1921  
[www.pmh.com.br](http://www.pmh.com.br)

**Produtos Médicos Hospitalares  
Ltda**  
Sia Trecho 17 Rua 8  
Lote 170 Brasília DF - Brasil

O: +55 61 3403-1300  
M: +55 61 9.9936-7269  
E: [orlando.junior@pmh.com.br](mailto:orlando.junior@pmh.com.br)  
Revendo conceitos solidificando  
princípios

---

--

**Yves Mauro Ternes**  
**Superintendência de Vigilância em Saúde**  
**Secretaria de Saúde**  
**Telefone: 3524-1521**

---

---