



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do **Pregão Eletrônico nº 009/2019 – SAÚDE**, Tipo **MENOR PREÇO POR ITEM – com Ampla disputa e cota reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015.** – processo Bee 5801, cujo objeto é **Aquisição de 05 (cinco) Monitores Desfibrilador Bifásico, para atender as necessidades do SAMU** da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), **conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos.** A licitação em questão se trata de Ampla disputa e cota reservada à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte em atendimento ao Decreto nº 8.538 de 08/10/2015. O lote/item 02 que estava destinado para cota de ME/EPP restou fracassado, porém, em atendimento ao edital, no seu subitem: 8.9 - Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. Portanto, fica a empresa **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.** vencedora do lote 01, vencedora também do lote 02, passando a ter 05 unidades e sua proposta será de um total de R\$ 127.000,00 e o unitário de R\$ 25.400,00. Os itens ficaram com os valores dentro da média dos valores estimados no processo. Diante dessas informações, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZAR** a despesa conforme relacionado abaixo:

• INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. – CNPJ: 90.909.631/0001-10

Item	Qntd.	Descrição	Marca	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
01	05 Und	<u>MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO.</u> Desfibrilador/ Monitor bifásico, com função cardioversor e sincronismo, função marcapasso não invasivo, função Desfibrilador Externo Automático(DEA), eletrocardiografia de 6 a 12 derivações com apresentação no display de no mínimo três derivações simultâneas, sem oscilações e/ou interferências externas decorrentes de movimentação da viatura durante transporte de vítimas, oximetria de pulso com sensor adulto, infantil e neonatal, com algoritmo de SpO2 (faixa de medição: 1 a 100%) e pulsação (frequência e forma de onda) (faixa de medição de 30 a 250 bpm), tolerante a movimentos, capnografia, com apresentação de curva de O2 em tempo real, com medidas de CO2 e MinCO2. Com pressão arterial não	INSTRAMED CARDIOMAX	25.400,00	127.000,00

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

	<p>invasiva, com exibição no display de pressão sistólica, diastólica e pressão arterial média (PAM), com função manual e contínua. Deve acompanhar também pás externas de desfibrilação adulto, pediátrica e neonatal. Display entre 8" e 15" polegadas, colorido. Conter impressora com até 3 derivações simultâneas. Deve ser construído em material resistente a quedas, de fácil manuseio e transporte, além de interface objetiva. Deve conter bateria de íons de lítio, recarregável, com autonomia de no mínimo 3 horas fora da fonte de alimentação. A alimentação deve ser bivolt (110-220V). O fornecedor deve oferecer garantia de no mínimo um ano, a partir da data de entrega dos itens. Deve estar incluso o fornecimento de todos os cabos, conexões, manguitos (adulto, pediátrico e neonatal), suportes e/ou bases de apoio para viaturas de atendimento pré-hospitalar, tal como suporte técnico, caso seja necessário. O desfibrilador/monitor deve ser capaz de receber atualizações de software e capacidade de introdução de novos módulos tecnológicos. Deve conter registro no Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), além de acompanhar todos os acessórios necessários para o seu funcionamento.</p>			
<p>Total: R\$ 127.000,00 (Cento e vinte sete mil reais)</p>				

Goiânia, 12 de abril de 2019.

Fátima Mrué
Secretária

www.goiania.go.gov.br